



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

- ESTADO DE MINAS GERAIS -

## ERRATA NO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

No edital de licitação do Processo Licitatório nº 048/2017, Pregão Presencial nº 023/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais de uso hospitalar e ambulatorial, onde se lê:

45	75	UN	<b>00000014069- GLICOSÍMETRO</b> MEDIDOR DE GLICOSE POR SENSOR AMPEROMETRIA, DISPENSANDO CODIFICAÇÃO DE TIRAS ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOCODE, AMOSTRA DE 0,5 MICROLITRO DE SANGUE, MEMORIA PARA NO MÍNIMO 360 RESULTADOS, SISTEMA QUE EVITE O CONTATO COM A TIRA CONTAMINADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA CR2032 SUBSTITUÍVEL QUE PERMITA TESTE COM SANGUE ARTERIAL E VENOSO E NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA (ENZIMA GDH FAD) VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
46	25	UN	<b>00000014070- GLICOSÍMETRO</b> MEDIDOR DE GLICOSE POR SENSOR AMPEROMETRIA, DISPENSANDO CODIFICAÇÃO DE TIRAS ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOCODE, AMOSTRA DE 0,5 MICROLITRO DE SANGUE, MEMORIA PARA NO MÍNIMO 360 RESULTADOS, SISTEMA QUE EVITE O CONTATO COM A TIRA CONTAMINADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA CR2032 SUBSTITUÍVEL QUE PERMITA TESTE COM SANGUE ARTERIAL E VENOSO E NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA (ENZIMA GDH FAD) VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Item exclusivo para ME/EPP/MEI

81	500	CX	<b>00000014064-TIRAS DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES*</b> COMPATIVEL COM APARELHO G-TECH	Item exclusivo para ME/EPP/MEI
82	3100	CX	<b>00000014026- TIRAS DE GLICEMIA-CAIXA COM 50 UNIDADES</b> COMPATÍVEL COM APARELHO G-TECH	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

- ESTADO DE MINAS GERAIS -

Leia-se:

45	75	UN	<b>00000014069- GLICOSÍMETRO</b> MEDIDOR DE GLICOSE POR SENSOR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, DISPENSANDO OU NÃO A CODIFICAÇÃO DE TIRAS ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOCODE, AMOSTRA DE 0,5 a 02 MICROLITRO DE SANGUE, MEMORIA PARA NO MÍNIMO 360 RESULTADOS, SISTEMA QUE EVITE O CONTATO COM A TIRA CONTAMINADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA CR2032 SUBSTITUÍVEL QUE PERMITA TESTE COM SANGUE ARTERIAL E VENOSO E NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA (ENZIMA GDH FAD) VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO OU PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE.	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
46	25	UN	<b>00000014070- GLICOSÍMETRO</b> MEDIDOR DE GLICOSE POR SENSOR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, DISPENSANDO CODIFICAÇÃO DE TIRAS ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOCODE, AMOSTRA DE 0,5 a 02 MICROLITRO DE SANGUE, MEMORIA PARA NO MÍNIMO 360 RESULTADOS, SISTEMA QUE EVITE O CONTATO COM A TIRA CONTAMINADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA CR2032 SUBSTITUÍVEL QUE PERMITA TESTE COM SANGUE ARTERIAL E VENOSO E NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA (ENZIMA GDH FAD) VISOR LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO OU PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE.	Item exclusivo para ME/EPP/MEI

81	500	CX	<b>00000014064-TIRAS DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES*</b> COMPATÍVEL COM O APARELHO DA PROPOSTA VENCEDORA DO ITEM 46 DESTE EDITAL	Item exclusivo para ME/EPP/MEI
82	3100	CX	<b>00000014026- TIRAS DE GLICEMIA-CAIXA COM 50 UNIDADES</b> COMPATÍVEL COM O APARELHO DA PROPOSTA VENCEDORA DO ITEM 45 DESTE EDITAL	ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, aos 12 de junho de 2017.

**RAQUEL RESENDE LIMA**  
PREGOEIRA